




NACIONAL
Produtos e Soluções para sua Saúde
Store



PROPOSTA DE PREÇOS

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE/RN

CNPJ: 12.525.986/0001-98

OBJETO: COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19

SETOR DE COMPRAS E AQUISIÇÕES TESTES RÁPIDOS IGG E IGM RESULTADOS SEPARADOS COVID-19

ITEM	MARCAS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BIOCLIN	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - IGG/IGM	UNID	200	R\$ 175,00	R\$ 35.000,00
						VALOR TOTAL R\$ 35.000,00

TRINTA E CINCO MIL REAIS

A) NOS PREÇOS ACIMA JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS COTADOS, BEM COMO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS, ENCARGOS (TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, ETC), TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO PESSOAL, TRANSPORTE, TREINAMENTO E QUaisquer OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO CONSTANTE DA PROPOSTA.

PROPOSTA VALIDA POR: 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

PRAZO DE PAGAMENTO: AVISTA

BANCO: BANCO DO BRASIL - AG: 0022-1 C/C: 35.164-4

NATAL/RN, 08 DE JUNHO DE 2020

Layza Carvalho de Paiva


NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21

Layza Carvalho de Paiva
CPF: 017.357.004-03
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21

Fernando Ferreira da Silva
Fernando Ferreira da Silva
CPF 071.946.734-95



E.R.COMÉRCIO VAREJISTA SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 03.633.939/0001-81/Insc. Est. 20.205.964-2/Insc. Mun. 161.618-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID 19**

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNT	VL TOTAL
01	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - IGG/IGM	UND	200	R\$ 187,25	R\$ 37.450,00
					R\$ 37.450,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Natal, 08 de junho de 2020.

EDNALDO RODRIGUES DE MELO
CPF: 323.755.524-
Sócio-administrador

Fernando Ferreira da Silva
CPF 071.946.734-95



PROPOSTA FINANCEIRA

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN.
Secretaria Municipal de Monte Alegre/RN.

A empresa AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME, com sede na Avenida Antônio Alves Pessoa, 1390^a, Centro, Brejinho/RN, inscrita no CNPJ sob nº. 13.228.559/0001-15, abaixo assinada por seu representante legal, apresenta a Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, ao fornecimento de produtos, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

ITEM	UND	QTDE	FABRICANTE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1 – TESTE RÁPIDO COVID-19. 	UND	200	NUTRIEX	R\$ 119,90	R\$ 23.980,00

VALOR TOTAL DOS ITENS COTADOS: VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS.

Dados Bancários:
Banco do Brasil S/A
Agência: 2035-4
Conta Corrente: 80.002-3

OBS1. A validade da proposta acima tem validade de 60 dias, e, de entrega conforme solicitação da Administração Municipal, mediante emissão da ordem de compra.

Brejinho, 15 junho de 2020.



Victor Siruffo de Carvalho
Sócio Proprietário
CPF: 026.595.674-92



Fernando Ferreira da Silva
CPF 071.946.734-95

AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÉUTICO LTDA - ME

Avenida Antônio Alves Pessoa 1390 A – Centro – Brejinho/RN
CEP 59.219-000 – Fone/Fax: 0XX84 32832371

Email: farmaciacentralbrasil@gmail.com

Inscrição Estadual: 20.245.806-7 CNPJ: 13.228.559/0001-15

 Siruffo's Group

P.M.M.A.
Fis.
~~602~~
Rubrica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	
TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX	
COVID-19 IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD)	
Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.	Revisão nº.: 00

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex COVID-19 IgG/IgM Test kit (Colloidal Gold Method) é um imunoensaio Cromatográfico de fase sólida para a detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano. Este teste fornece apenas um resultado preliminar. Portanto, qualquer amostra reativa com o COVID-19 IgG/IgM Test kit deve ser confirmado com método(s) de teste alternativo(s) e achados clínicos.

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O sistema consiste em uma membrana na qual foram immobilizados anticorpos anti-IgG e anti-IgM humanos na região teste IgG e na região teste IgM, respectivamente. Na execução do ensaio, a amostra é colocada para reagir com o conjugado, que contém partículas de ouro coloidal ligadas aos antígenos recombinantes do COVID-19. O conjugado se complexa com os anticorpos anti-COVID-19 presentes na amostra. Após adição do tampão, o complexo antícorpo-conjugado migra cromatograficamente através da membrana e encontra a região teste, na qual os anticorpos anti-IgG e anti-IgM humanos estão immobilizados formando uma linha colorida. A presença desta linha indica um resultado positivo e a sua ausência indica um resultado negativo, desde que a linha controle, usada como controle do procedimento, apareça no ensaio.

3. APRESENTAÇÃO

Cada caixa contém:

20 Dispositivos de teste embalados unitariamente.

20 Pipetas plásticas

20 Lancetas

20 Compressas de álcool

5 Frascos contendo 2 mL de solução tampão/diluente (cada frasco é suficiente para realizar quatro testes)

1 Folheto de Instrução de Uso

P.M.M.
Fis.
6/2
Rubrica

 NUTRIEX	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD)	
	Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.	Revisão nº.: 00

4. PROCEDIMENTO DE TESTE

Antes de iniciar, deixe o dispositivo de teste, a mostra e a solução tampão atingirem a temperatura ambiente ($15\text{-}30^{\circ}\text{C}$).

1. Retire o dispositivo de teste do blister metálico e utilize-o o mais rápido possível.
2. Coloque o dispositivo de teste sobre uma superfície limpa e nivelada.

2.1 Para Amostras de Soro ou Plasma:

Transfira a amostra de soro/plasma $10\mu\text{l}$ para o(s) poço(s) da amostra(s) do dispositivo usando uma micropipeta.


Depois adicione imediatamente 2 gotas (cerca de $50\mu\text{l}$) de tampão ao(s) poço(s) de amostra(s). Evite bolhas de ar.

2.2 Para amostras de sangue total:

Com a pipeta plástica fornecida, transfira 1 gota (cerca de $20\mu\text{l}$) de sangue total para o(s) poço(s) de amostra do dispositivo de teste, depois adicione 2 gotas (cerca de $50\mu\text{l}$) de tampão ao(s) poço(s) de amostra imediatamente. Evite bolhas de ar.

3. Aguarde que a(s) linha(s) colorida(s) apareça(m). O resultado deve ser lido entre 10 e 20 minutos. Não interprete o resultado após 20 minutos.

5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS



P.W.M.A.
Fis
Rubrica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	
TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX	
COVID-19 IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD)	
Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.	Revisão nº.: 00

NEGATIVO:

Se apenas a linha de controle C estiver presente (colorida), a ausência de cor nas duas linhas IgG e IgM indica que não são detectados anticorpos anti-COVID-19 na amostra. O resultado é negativo.

POSITIVOS:

IgM POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, se apenas a linha IgM for colorida, o teste indica a presença de IgM anti-COVID-19 no espécime. O resultado é IgM anti-COVID-19 positivo.

IgG POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, se apenas a linha IgG for colorida, o teste indica a presença de IgG anti-COVID-19 na amostra. O resultado é IgG anti-COVID-19 positivo.

IgG e IgM POSITIVO: Além da presença de cor na linha C, tanto na linha IgG como na IgM forem coloridas, o teste indica à presença de IgG e IgM anti-COVID-19 na amostra. O resultado é IgG e IgM anti-COVID-19 positivo.

INVÁLIDO:

A linha de controle (C) não aparece. Volume insuficiente de amostras ou técnicas de procedimento incorretas são as razões mais prováveis para a falha da linha de controle. Reveja o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo de teste. Se o problema persistir, interrompa imediatamente o uso do kit de teste e contate seu distribuidor local.

6. CONTROLE DE QUALIDADE

Um controle de procedimento está incluído no teste. A linha vermelha que aparece na região de controle (C) é o controle procedimento interno. Ele confirma o volume suficiente de amostras e a técnica de procedimento correta.

P.S.M.A.
Rúbrica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	
TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX	
COVID-19 IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD)	
Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.	Revisão nº.: 00


Os padrões de controle não são fornecidos com este kit; contudo, recomenda-se que os controles positivos e negativos sejam testados como uma boa prática laboratorial para confirmar se o procedimento do teste obteve desempenho adequado.

7. ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O kit pode ser armazenado à temperatura ambiente ou refrigerado (4-30°C). O dispositivo de teste é estável até a data de validade impressa. O dispositivo de teste deve permanecer no blister metálico até a sua utilização. NÃO CONGELE. Não utilize após a data de validade.

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. Apenas para uso profissional de diagnóstico In Vitro. Não utilizar após a data de validade.
2. Este folheto informativo deve ser lido por completo antes de realizar o teste. O não seguimento das informações pode trazer resultados de teste imprecisos.
3. Não o utilize se o blister metálico estiver danificado ou partido.
4. O teste é apenas para uso único. Não reutilizar em nenhuma circunstância.
5. Manusear todas as amostras como se contivessem agentes infecciosos. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos durante os testes e siga os procedimentos padrão para a eliminação adequada das amostras.
6. Use roupas de proteção como jaleco, luvas descartáveis e proteção para os olhos quando as amostras forem testadas.
7. A umidade e a temperatura podem afetar negativamente os resultados.
8. Não realize o teste em uma sala com fluxo de ar forte, ou seja, ventilador elétrico ou ar condicionado forte.
9. Após a abertura blister metálico, o produto deve ser imediatamente utilizado.



NUTRIEX	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO TESTE RÁPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX COVID-19 IgG/IgM TEST KIT (COLLOIDAL GOLD METHOD)	
Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.		Revisão nº.: 00

9. ORIGEM


Fabricado por: Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. No. 125 (E), 10th Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang, China

Importado com exclusividade por: Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda. Rua 5 C/ Rua 6 C/ Rua 4 C/ Rua 7, Quadra Área Especial 01, Lote C, Galpão 2, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil.

SAC: (62) 3954-9616. | sac@nutriex.com.br

REGISTRO ANVISA: 80451960214

Lojão do Dentista



VENDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES, INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE-RN
PROPOSTA DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES

PÁG. 01

ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TESTE RÁPIDO PARA O COVID-19 IGG E IGM	200	NUTRIEX	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00

VALOR TOTAL: 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

GUARABIRA, 16 DE JUNHO DE 2020

EDILANE CARVALHO ARAUJO
CNPJ: 12.710.916/0001-14

EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP
CNPJ: 12.710.916/0001-14
Rua Sabiniano Maia, 658 Loja A
Bairro Novo
CEP: 58200-000 Guarabira - PB

Fernando Ferreira da Silva
CPF 071.946.734-95

RDF



Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda

A

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE /RN

SETOR DE COMPRAS


ITEM	PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNT	V. TOTAL
01	TESTE RAPIDO – COVID19 CX25	MEDLEVSON	UNID	200	120,00	24.000,00
		TOTAL			24.000,00	

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO – ANTECIPADO

ENTREGA – IMEDIATA

NATAL/RN 16/06/2020


RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P SAÚDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Representante Legal:
SILVANA CHIENE DA SILVA
CPF: 393.362.494-7


Fernando Ferreira da Silva
CPF 071.946.734-95

AVENIDA INTERVENTOR MARIO CÂMARA, 3918 – CIDADE DA ESPERANÇA – NATAL/RN
CNPJ: 12.305.387/0001-73 - INSC. EST: 20.235.435-0 - CEP: 59070-600 - INSC. MUNICIPAL: 1808354
FONE: 84 3092 8000 - EMAIL: LICITACAO@PRONTOMEDICA.COM.BR